



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βα/Πρ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  
Γ. Παπανδρέου 2  
Ερμούπολη-Σύρος Τ.Κ. 84100

Ερμούπολη: 8/5/2018  
Αριθ. Πρωτ.: 4944

Πληροφορίες : Α. ΚΑΜΠΑΝΗ  
Τηλέφωνο : 22813-60342  
Fax : 22813-60570  
e-mail : [akampani@vardakeio.gr](mailto:akampani@vardakeio.gr)  
Web site : [www.vardakeio.gr](http://www.vardakeio.gr)

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Το Γ.Ν. Σύρου ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμό αιμοδοσίας και συγκεκριμένα: **επιδαπέδια φυγόκεντρο ασκών αίματος συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το ΠΔΕ.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από **8-05-2018** ημέρα Τρίτη έως και τις **25-5-2018** ημέρα Παρασκευή. Επίσης, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να αποστείλουν τα ήδη καταχωρημένα σχόλια τους στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στο email της υπηρεσίας [akampani@vardakeio.gr](mailto:akampani@vardakeio.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο: Διαβουλεύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ ([www.vardakeio.gr](http://www.vardakeio.gr)) ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
και α/α

ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΦΑΤΗ

ΕΙΔΟΣ : ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1. Η ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ , ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
2. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 220 v/50 HZ
3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ, ΨΥΧΟΜΕΝΗ
5. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΑΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΚΤΩ ΑΣΚΩΝ ΤΡΙΠΛΩΝ ΕΩΣ ΠΕΝΤΑΠΛΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5400 \* gr ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4200 rpm
6. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ -10 c ΕΩΣ +40 c
7. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ 5 c
8. ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
9. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΤΡΟΦΕΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ, ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
10. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ
11. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ
12. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
13. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΣΟΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ , ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΟΤΑΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΕΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
14. Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ
15. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ
16. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 db ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
17. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
18. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
19. ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
20. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ CE MARK